

## NOTICE D'EXPÉDITION

### EXPÉDITION IMMERGÉE POUR TRAITEMENT AU PLASMA DANS LA SOLUTION MULTI-ACTION

#### BOSTON SIMPLUS<sup>MD</sup> DE BAUSCH & LOMB PENDANT JUSQU'À 30 JOURS

##### Description :

Les lentilles cornéennes Bausch & Lomb Boston<sup>MD</sup> GP avec traitement au plasma sont expédiées dans une solution multi-action Boston SIMPLUS, une solution-tampon aqueuse stérile qui contient de la poloxamine, de l'hydroxyalkylphosphonate, de l'acide borique, du borate de sodium, du chlorure de sodium, de l'hydroxypropylméthyl cellulose et du Glucam, conservée avec du biguanide de polyaminopropyle (0,0005 %) et du gluconate de chlorhexidine (0,003 %).

**MISE EN GARDE :** *Non stérile. Nettoyez et traitez les lentilles avant de les porter. UTILISEZ SEULEMENT LA SOLUTION MULTI-ACTION BOSTON SIMPLUS POUR NETTOYER ET TRAITER LES LENTILLES.*

##### Précautions pour les professionnels de la vue :

- Les lentilles Boston GP avec traitement au plasma sont emballées de manière non stérile dans une solution aqueuse avec agent conservateur, la solution multi-action Boston SIMPLUS. La solution agit comme agent de mouillage, de trempage, de traitement et de désinfection. Si le patient a un historique de réaction allergique à l'un des ingrédients de la solution multi-action Boston SIMPLUS, retirez la lentille de la solution et faites tremper la lentille pendant 24 heures dans une solution saline sans agent conservateur avant de la nettoyer, de la désinfecter et de la remettre au patient.
- Avant la remise au patient, nettoyez et désinfectez la ou les lentilles selon le régime d'entretien prescrit. Seule la solution multi-action Boston SIMPLUS devrait être utilisée pour nettoyer les lentilles Boston<sup>MD</sup> avec traitement au plasma.
- Ne réutilisez jamais la solution. Vous pouvez entreposer les lentilles dans le contenant non ouvert jusqu'au moment de la remise, pendant un maximum de trente jours à partir de la date d'exécution de l'ordonnance (consultez l'étiquette de la boîte d'emballage de lentille). Si les lentilles sont entreposées pendant une période plus longue, elles doivent être nettoyées et désinfectées avec la solution multi-action Boston SIMPLUS.
- Inspectez l'emballage à la recherche de fuites ou d'autres dommages reliés à l'expédition.
- Retournez tout emballage endommagé à votre fabricant Boston autorisé.

**Remarque :** *Pour de l'information additionnelle, veuillez consulter la notice dans l'emballage Bausch & Lomb Boston GP.*

##### Entretien des lentilles par le patient :

- Les professionnels de la vue doivent étudier le mode d'emploi au complet pour l'entretien des lentilles en compagnie du patient. Il s'agit à la fois de l'information relative à l'entretien des lentilles et des directives spécifiques au régime d'entretien recommandé pour le patient.

- Utilisez toujours des solutions fraîches de rinçage, de désinfection et d'entreposage.
- Lavez et rincez toujours vos mains avant de manipuler vos lentilles.
- Conservez toujours les lentilles en immersion complète dans la solution d'entreposage recommandée lorsqu'elles ne sont pas portées.
- Respectez les directives de la notice d'emballage des solutions d'entretien de lentilles. Le non-respect de ces procédures peut provoquer le développement de complications oculaires graves.

LB6341/01

© 2006 Bausch & Lomb Incorporated

<sup>MD</sup> désigne une marque de commerce de Bausch & Lomb Incorporated.